

### Formulário de Resposta aos recursos - CES T02

| Questão    | Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conclusão (Deferido ou Indeferido) | Resposta Alterada para: |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| TIPO 1: 47 | <p>A resposta correta é:<br/>(A) 25 minutos.</p> <p>Justificativa:<br/>Para garantir a esterilização eficaz em autoclave, o material deve ser exposto a uma temperatura de 121°C sob pressão de 1 atm (equivalente a 15 psi ou aproximadamente 2 atmosferas absolutas) por no mínimo 15 a 25 minutos. O tempo de 25 minutos é recomendado para garantir a eliminação de microrganismos, inclusive esporos resistentes.</p> | DEFERIDO                           | ALTERAR PARA LETRA A    |